

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. Základní požadavky

Předmět plnění veřejné zakázky: Komunikační panel - bezdrátový komunikační systém sestra - pacient

Počet: 1 ks

Požadavky na systém:

- Server pro monitoring a archivaci, s možností připojení 10 a více signalizačních zařízení.
- Bezdrátové tlačítko pro přivolání pomoci ve tvaru náramkových hodinek s možností zavěšení nad lůžko. Životnost baterie 5 let a více. Množství: 8 ks.
- Kapesní jednotka (pager) sloužící k přivolání pracovníka. Indikace tísňového volání akustickou a vibrační signalizací, s displejem zobrazujícím informace o volajícím. Možnost přivolat kapesní jednotkou jiného pracovníka. Výdrž baterie minimálně 3 dny. Množství: 5 ks.
- Komponenty pro zajištění bezproblémového dosahu jednotek v rámci celého oddělení a příslušící terasy, viz obrazová příloha.

Záruční podmínky: minimálně 24 měsíců

Doba dodání: 30 kalendářních dnů

2. Ostatní požadavky

2.1 Záruční podmínky

- a) Záruka běží od okamžiku předání přístroje
- b) Záruka minimálně 24 měsíců od předání a převzetí
- c) Kontaktní místo pro řešení reklamací a záručních oprav pro řešení záruky na území ČR
- d) Doba vyřešení reklamace do 30 kalendářních dnů

2.2 Dokumentace

- a) Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce
- b) Dodání dokumentace k atestům, homologacím, pokud se na přístroje vztahují
- c) Dokumentace bude předána i elektronicky (formáty MS Office 2007, WinZip (zip), Portable Document Format (pdf), na nosiči CD/DVD/flash disk

2.3 Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem

Dodavatel seznámí pracovníky Zadavatele s obsluhou, ovládáním a problematikou provozu systému.